
4N6 FLOQSwabs™植绒拭子 使用说明



产品编号：E85247, E85248


1 戴上手套，打开植绒拭子外包装袋，握住拭子杆部，将其取出。



2


潮湿检材


① 先用拭子顶端采集样本
② 转动拭子，直到样本全部吸收



干燥检材

使用移液枪或移液器在拭子的一侧滴一滴无菌水(约30μl)，使拭子一侧为潮湿状态，同时保持另一侧为干燥状态。







① 先用拭子的顶端擦拭检材
② 转到拭子潮湿面擦拭检材，采集大部分样本
③ 再转到拭子干燥面继续擦拭检材，直到样本被全部采集

转动次数过多会导致样本的稀释或损耗
采样后，确保植绒拭子不接触其他任何物体

3



① 打开离心管管盖,将拭子插入离心管中





② 从折点处折断



③ 盖紧管盖

注：配合NAO提篮使用，可提高核酸提取效率。





4

根据标准的检测程序进行样本的提取和分析。

VERDE
上海尔迪仪器科技有限公司
Shanghai Verde Instrument Technology co., Ltd

上海市闵行中春路7001号明谷科技园C座1003室 201101
021- 6221 1270 400-921-5966
info@verdegroup.cn
www.verdegroup.cn
北京 深圳 重庆 安徽 (办事处)

企业微信号 微信公众号